



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 05-09-2019  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5935

Τμήμα: Οικονομικού  
Γραφείο: Προμηθειών  
Ταχ.Δ/νση: 25<sup>ης</sup> Μαΐου 152  
Πληροφ. : Μπασιακίδου Ζωή  
Τηλέφωνο: 25533-50329  
FAX: 25533- 50330  
E-mail: [promitheies@1132.syzefxis.gov.gr](mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr)

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καθετήρες (CPV 33141200-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.151,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή».**

Το Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 5226/31-07-2019 απόφασης του Αν. Διοικητή, θα προβεί στην ετήσια προμήθεια με τους παρακάτω καθετήρες, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.350,00€ με Φ.Π.Α.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
2	8264	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.20 (ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ LATEX) ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.20 (ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ LATEX) ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ	30	TEM	162,72
3	8265	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.22 (ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ LATEX) ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜ ΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ. Χ	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.22 (ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ LATEX) ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜ ΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ. Χ	30	TEM	179,67
10	8256	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOGARTY ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν. 6F, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOGARTY ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν. 6F, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	10	TEM	558,00
27	8288	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY 3WAY ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΥΣΕΩΝ Ν.14, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45ML,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY 3WAY ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΥΣΕΩΝ Ν.14, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45ML,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Σ Μ.Χ.	10	TEM	5,76
30	8291	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY 3WAY ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΥΣΕΩΝ Ν.20, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45ML,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY 3WAY ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΥΣΕΩΝ Ν.20, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45ML,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Σ Μ.Χ.	40	TEM	23,28
31	8292	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY 3WAY ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΥΣΕΩΝ Ν.22, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY 2WAY ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ν.22 ΧΡΗΣΗ	20	TEM	11,53

		LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45ML, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	15-20 ΗΜΕΡΩΝ (ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX) ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΤΩΝ 5-15 ML ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΧ		TEM	
32	8293	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY 3WAY ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΥΣΕΩΝ Ν.24, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45ML, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ FOLEY 3WAY ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΥΣΕΩΝ Ν.24, ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ LATEX ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 30-45ML, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	10	TEM	5,76
33	8294	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.3, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.3, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	5	TEM	45,88
34	8295	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.4, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.4, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	20	TEM	183,52
35	8296	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.5, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.5, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	5	TEM	45,88
36	8297	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.6, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ-Τ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ν.6, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	5	TEM	45,88
45	8501	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 34 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 34 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	7,44
46	8493	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 18 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 18 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	7,44
47	8494	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	7,44
48	8495	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 22 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 22 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	6,94
49	8496	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 24 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 24 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	6,94
50	8497	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 26 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 26 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	6,94
51	8498	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 28 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 28 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	6,94
52	8499	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 30 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 30 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	6,94

53	8500	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 32 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ "PEZZER" NO 32 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.ΧΡ.	2	TEM	12,10
54	8306	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.10 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.10 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	50	TEM	14,38
55	8307	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.12 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.12 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	50	TEM	14,38
56	8308	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.14 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.14 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	10	TEM	2,88
57	8309	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.16 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.16 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	10	TEM	2,88
58	8310	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.18 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ. ΟΧΙ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.18 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ. ΟΧΙ	10	TEM	2,88
59	8311	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.20 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.20 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	10	TEM	2,88
60	8312	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.22 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.22 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	10	TEM	9,42
61	8305	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.8 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Ν.8 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	10	TEM	2,88
62	8321	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤ/ΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ Ν.28 ΜΗΚΟΥΣ 40 CM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤ/ΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ Ν.28 ΜΗΚΟΥΣ 40 CM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	300	TEM	56,27
69	8336	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 50CM Ν.16 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 50CM Ν.16 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	1	TEM	4,50
70	8337	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 50CM Ν.20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 50CM Ν.20 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	5	TEM	22,51
81	8353	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ SENGSTAKEN 3WAY ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ Ν.18, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ SENGSTAKEN 3WAY ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ Ν.18, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	3	TEM	171,12

82	8356	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ SENGSTAKEN 3WAY ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ Ν.21, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ SENGSTAKEN 3WAY ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ Ν.21, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	3	TEM	160,78
83	8368	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΟΞΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30ΕΚ	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΟΞΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30ΕΚ	30	TEM	520,70
84	8492	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ (STRIPPER) ΚΙΡΣΩΝ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ (STRIPPER) ΚΙΡΣΩΝ ΣΑΦΗΝΟΥΣ ΦΛΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	25	TEM	441,75
95	8318	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 18 ΜΗΚΟΥΣ 40 ΕΚ.	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 18 ΜΗΚΟΥΣ 40 ΕΚ.	50	TEM	10,28
96	8319	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 20 ΜΗΚΟΥΣ 40 ΕΚ.	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 20 ΜΗΚΟΥΣ 40 ΕΚ.	50	TEM	10,28
97	8313	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 8 ΜΗΚΟΥΣ 40 ΕΚ.	ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟ 8 ΜΗΚΟΥΣ 40 ΕΚ.	50	TEM	10,28
102	8508	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΡΑΣ PIG-TAIL 4,8 CH 26 ΕΚ.	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΡΑΣ PIG-TAIL 4,8 CH 26 ΕΚ.	5	TEM	95,94
103	8510	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΡΑΣ PIG-TAIL 6 CH 26 ΕΚ.	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΡΑΣ PIG-TAIL 6 CH 26 ΕΚ.	5	TEM	95,94
104	8332	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΗΤΡΩΝ SWAN GANZ 8 F, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΗΤΡΩΝ SWAN GANZ 8 F, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	10	TEM	480,25
105	8515	ΣΕΤ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 18G ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 200MM.	ΣΕΤ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 18G ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 200MM.	70	TEM	933,38
106	8516	ΣΕΤ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 20G ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 200MM.	ΣΕΤ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 20G ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 200MM.	10	TEM	141,25
109	8505	ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΝΟ:12 ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ	ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΝΟ:12 ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ	10	TEM	310,75
110	8506	ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΝΟ:15 ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ	ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΡΑΣ ΝΟ:15 ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ	10	TEM	310,75

115	8390	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ)Ν.26 ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΒΑΛΒΙΔΑ, ΟΔΗΓΟ, ΣΤΥΛΕΟ, ΜΗΚΟΥΣ 19 ΧΙΛ (+1ΧΙΛ,-1ΧΙΛ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.	Το πλαστικό να είναι σιλικοναρισμένο και το άκρο του σιλικοναρισμένο ατραυματικό. Να έχει λεπτό τοίχωμα ο καθετήρας διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείτε μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτις.Ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή (δηλ. να μη συρικνώνεται και να γίνεται κατευθείαν η φλεβοκέντηση). Να μπορεί να παραμείνει για 48 ώρες.	300	TEM	93,90
120	26127	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.20 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜ ΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ. Χ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.20 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜ ΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ. Χ	30	TEM	239,67
121	26128	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.22 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜ ΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ. Χ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ DUFOUR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.22 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜ ΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ. Χ	30	TEM	239,67
122	26129	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.10 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.10 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	30	TEM	245,44
123	26130	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.12 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.12 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	30	TEM	183,40
124	26131	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.14 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΑΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.14 ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΜΕ 2 WAY, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.	30	TEM	183,40
125	26237	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.18 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.18 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ	30	TEM	239,67
126	26238	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.20 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.20 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ	40	TEM	319,56
127	26239	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.22 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ COUVELAIR 3WAY ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Ν.22 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 60-80 CC,ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ SPIRAL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ	30	TEM	239,67

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

**Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μμ. στο Γραφείο Προμηθειών, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.**

**Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.**

Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση:  
Π.Γ.Ν. Έβρου-Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου, 25<sup>ης</sup> Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, Γραφείο Προμηθειών.

Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ».

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται την ίδια ημέρα όλα τα στάδια ως εξής :

**Α' ΣΤΑΔΙΟ – Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής**

**Β' ΣΤΑΔΙΟ – Έλεγχος Τεχνικής προσφοράς**

**Γ' ΣΤΑΔΙΟ – Έλεγχος Οικονομικών προσφορών**

**Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε:**

**Α) 1.Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)** συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου <http://www.did-hosp.gr> (προμήθειες – προκηρύξεις) . Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α του Ν. 4412/2016 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.

Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν :

- οι διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε.
- ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλ., όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι:

- αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
- δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.
- συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
- ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Σημειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών τα οποία θα αποδεικνύουν τα δηλωθέντα.

**Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών και η μη συμπλήρωση της δήλωσης σύμφωνα με τα ζητούμενα συνιστά τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, εκτός εάν συντρέχουν καταστάσεις που δίνουν το δικαίωμα παρέκκλισης σύμφωνα με αρ. 73 του Ν.4412/2016.**

**B)1.**Τεχνική προσφορά η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται.

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν 4412/2016, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται:

2.1. ότι διαθέτετε κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Σε περίπτωση που στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 να αναφερθεί.

2.2. ότι τα προσφερόμενα είδη ικανοποιούν τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, φέρουν σήμανση CE , ISO

- ✓ όσον αφορά τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 3607/892/2001/ΦΕΚ Β 1060/10-8-2001 κι έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 25 της ΚΥΑ ΔΥβδ/Γ.Π. οικ. 130648/30-8-2009 (ΦΕΚ Β 2198/2-10-2009)
- ✓ όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Οδηγία 2007/47/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2007, η οποία τροποποιεί την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648/30-08-2009 (ΦΕΚ Β2198/2-10-2009).

2.3. ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης των προσφερόμενων ειδών και διαθέτετε βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεστε με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348 Υπουργική Απόφαση «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/16-1-04), καθώς και την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/2004 Υπουργικής Απόφασης «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 1459/22-9-04).

2.4. ότι ο ανάδοχος κι ο κατασκευαστής (εφόσον είναι διαφορετικές εταιρείες) του προϊόντος διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2007 (ή όποιο ισοδύναμο πρότυπο αφορά την προκηρυσσόμενη προμήθεια).

2.5. ότι μπορείτε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.

2.6. ότι εγγυάστε καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διαθέσετε εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό του Νοσοκομείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

2.7. ότι εγγυάστε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτετε επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, για το οποίο προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.

**3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική προσφορά, να αναφέρουν για κάθε είδος, εκτός από τεχνική περιγραφή του είδους και τα παρακάτω:**

A. τον κωδικός είδους της εταιρείας

Β. τον κωδικός παρατηρητηρίου που εντάσσεται το είδος. Σε περίπτωση που για το είδος δεν υπάρχει αντιστοίχιση στο παρατηρητήριο τιμών να αναφερθεί.

Γ. το φπα του είδους.

Δ. την εμπορική ονομασία –μάρκα- κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Ε. τη συσκευασία

ΣΤ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

4.Επίσης στην προσφορά σας θα αναφέρετε το εργοστάσιο κατασκευής, τη χώρα προέλευσης καθώς και τον κωδικό είδους της εταιρεία σας.

5. Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν **δείγμα**, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το άρθρο 214 του Ν.4412/2016.

**Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά τον αποκλεισμό του προσφέροντα από το διαγωνισμό.**

**Γ)** Η οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρετε η τιμή χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στο είδος, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.

**Υπογραμμίζουμε ότι η τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αναρτημένη τιμή του παρατηρητηρίου τιμών.**

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή, ο προμηθευτής θα επιλέγει με κλήρωση μεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων μετά από πρόσκληση.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές.

#### **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

α)Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης και των προσφερομένων τιμών θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες.

β)Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αναπληρωτή Διοικητή, εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω μη ολοκλήρωσης διαγωνισμού από το Νοσοκομείο ή άλλο φορέα διενέργειας να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση επί τρεις (3) ακόμη μήνες, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης. Παράταση πέρα των τριών μηνών προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες.

γ)Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

δ) Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο.

ε)Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ποσοτήτων.

στ) Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ζ)Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

<b>1</b>	Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας.	2%
<b>2</b>	Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης (άρθρο 4 <sup>ο</sup> του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).	0,07%
<b>3</b>	Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)	0,06%
<b>4</b>	Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36 <sup>ο</sup> του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)	0,02%



Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

η) Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει τις συμβατικές ποσότητες στο ΓΝ Διδυμοτείχου, της παρού

θ) Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους της, μετά από την παραγγελία της αποθήκης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Έπειτα η επιτροπή μπορεί να παραλάβει το υλικό ή να το παραλάβει με παρατηρήσεις ή να απορρίψει. Σε κάθε περίπτωση συντάσσει πρακτικό και συνεχίζει κατά περίπτωση με τα όσα ορίζει το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί προμηθειών του Δημοσίου Νομοθεσία.

**-Ο-**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**