

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: 25^{ης} Μαΐου 152
Πληροφ. : Βαλασιδου Αγγελική
Τηλέφωνο: 25533-50329
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΧΕΤ: Η 3566/07-05-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια της κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου με μια συσκευή απολύμανσης (CPV:39330000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 6.200,00€ με φπα.

Σας ενημερώνουμε ότι έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. Πρωτ. 3580/07-05-2021 έγγραφο του υπευθύνου της κεντρικής αποστείρωσης κο Ευαγγελακάκη Σπυρίδων τροποποιείται η 3566/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μια συσκευή απολύμανσης, ως προς τα κάτωθι:

Δράση απολυμαντικού νεφελοποίησης : Η Συσκευή να λειτουργεί ως σύστημα με το απολυμαντικό και να κάνει απολύμανση των χώρων καλύπτοντας βακτηρίδια συμπεριλαμβανομένων πολυανθεκτικων νοσοκομειακών , μύκητες ,ιούς , μυκοβακτηριδια και σπόρους

Το απολυμαντικό διάλυμα να φέρει έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ως βιοκτονο προϊόν ΤΠ2 να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)Πρώην Γενικό Χημείο του Κράτους και μαζί με την συσκευή να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου NFT 72-281(μέθοδοι απολύμανσης επιφανειών δια μέσου του αέρα) Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του απολυμαντικού σκευάσματος και της συσκευής (πρωτότυπο Αγγλικό και με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά) τα ISO 14001:2015 του οίκου παραγωγής του και αντίγραφα των απαιτούμενων από την νομοθεσία εγκρίσεων κυκλοφορίας του απολυμαντικού επί ποινή απόρριψης

Η Συσκευή νεφελοποίησης να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα έτος από την στιγμή της παράδοσης της, να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη.

Η Συσκευή να εναρμονίζεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία : 2014/35/UE οδηγία ηλεκτρικών υλικών χαμηλής τάσης : 2014/30/UE οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Η

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ