



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 18-07-2022
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5955

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Πληρ.: Μπασιακίδου Ζωή
Ταχ.Δ/νση: 25^{ης} Μαΐου 152, 68300
Τηλ.: 25533-50329
e-mail: Promitheies@1132.syzefxis.gov.g

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικά γάντια (CPV33141420-0) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 14.914,20€».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	Προμήθεια με χειρουργικά γάντια (CPV33141420-0) , για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	Την αριθμ.5934/18-07-2022 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια με χειρουργικά γάντια (CPV33141420-0), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 14.914,20€ με φπα , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25 ^{ης} Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, στο Γραφείο Προμηθειών, πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» .
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Η προσφορά θα πρέπει: (α) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 5955/2022 πρόσκληση για την προμήθεια με χειρουργικά γάντια (CPV33141420-0)» για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και να <u>παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.</u> (β) Η προσφορά να φέρει <u>ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ</u> του νόμιμου εκπροσώπου. (γ) <u>Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας στο οποίο περιγράφονται ακριβώς οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές.</u> (δ) Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: • την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

	• την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ως εξής: ✓ Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. ✓ Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. ✓ Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. ✓ Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.. ✓ <u>Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.</u> ✓ <u>Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς εφόσον αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010,.</u> ✓ (ε) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, <u>απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</u> ♦ Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος. ♦ Υποβολή προσφορών: έως Πέμπτη 28-07-2022 ώρα 14:30 μ.μ. στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. ♦ Χρόνος Διενέργειας: Παρασκευή 29-07-2022 ώρα 10:00 π.μ. <u>Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα</u>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	<i>Δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκατέσσερα και είκοσι ευρώ (14.914,20€).</i>
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	CPV: 33141420-0
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Δώδεκα(12) μήνες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u>
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δώδεκα (12)μήνες.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	<u>Με την υποβολή της προσφοράς</u>, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές (2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου • Ασφαλιστική Ενημερότητα • Φορολογική Ενημερότητα. • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. • <u>Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, υπογεγραμμένη με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και</u>
--	--

	να δηλώνεται ότι: 1. αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 2. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχετε λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 3. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 4. δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017. 5. συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. 6. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. <u>Με την τεχνική προσφορά</u>, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται σύμφωνα με το συνημμένο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική προσφορά, να αναφέρουν για κάθε είδος, εκτός από τεχνική περιγραφή του είδους και τα παρακάτω: <u>Α. α/α τον κωδικό είδους του Νοσοκομείου</u> <u>Β. τον κωδικό είδους της εταιρείας</u> <u>Γ. Την τεχνική περιγραφή του είδους</u> <u>Δ. την εμπορική ονομασία –μάρκα- κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους</u> <u>Ε. τη συσκευασία</u> <u>Ζ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ</u> «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 1. <u>Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους της πρόσκλησης και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.</u> 2. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγμα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το άρθρο 214 του Ν.4412/2016
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου: (α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο από

	την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. (β) Τιμολόγιο πώλησης. (γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: (α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 2% (ΦΕΚ 545 Β'/24-3-09) (β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος, όπως ισχύει σήμερα. (γ) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ' αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση. (δ) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3- 2017, τ. Β') Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει την 4^η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη: - Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.et.diavgeia.gov.gr - Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.did-hosp.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ/Μ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	8234	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 6.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΗ	4000	1060,00
2	8235	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΗ	6000	1590,00
3	8236	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή	ΖΕΥΓΗ	6500	1722,50

			επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ			
4	8237	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 8 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΗ	6500	1722,50
5	8238	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 8.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα	ΖΕΥΓΗ	2800	742,00

			για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ			
6	8239	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 6,5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πουδρά, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.•Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΗ	1600	508,80
7	8240	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πουδρά, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.•Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΗ	2000	636,00
8	8241	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7,5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πουδρά, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.•Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος	ΖΕΥΓΗ	2000	636,00

			της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ			
9	8242	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 8 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.•Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΗ	2000	636,00
10	8243	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 8,5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.•Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΗ	1800	572,40
11	25939	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 6.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latex•Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του	ΖΕΥΓΗ	800	678,40

			αριστερού από το δεξι γάντι•Na έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Na φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Na είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Na είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%			
12	25940 25941	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Na είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latex•Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξι γάντι•Na έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Na φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Na είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Na είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥΓΗ	1800	1526,40
13		ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Na είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latex•Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξι γάντι•Na έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Na φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής	ΖΕΥΓΗ	1800	1526,40

			ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%			
14	25942	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 8 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latex•Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξιό γάντι•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥΓΗ	1000	848,00
15	25943	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 8.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latex•Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξιό γάντι•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥΓΗ	600	508,80