

Η Επιτροπή της με αριθμ. 6868/23-08-2022 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 6868/23-08-2022 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, καταθέτει τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια με αναλώσιμα και συνοδό εξοπλισμό για σύστημα επούλωσης τραυμάτων με τη μέθοδο της αρνητικής πίεσης (CPV:3300000-0).

Καταθέτουμε τις παρακάτω προδιαγραφές:

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ**

1. Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος .Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργγρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.

A) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10 x 7,5 x 3,3 cm

B) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης medium, 18 x 12,5 x 3,3 cm

Γ) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης large, 26 x 15 x 3,3 cm

Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε συσκευασία περιέχει σήμανση που θα περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των κατασκευαστών, εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία –περιγραφή προϊόντος ,κωδικό παρτίδας ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ φύλλου αρ 21982/10/2009 (αρΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648).

2. ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων).Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζελ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής

του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.

A) Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 400 ml

B) Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1100 ml

3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(Η Συσκευή παραχωρείται δωρεάν ανά περιστατικό)

Τα χαρακτηριστικά της συσκευής να είναι:

- Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230mmHg
- Δυνατότητα ελέγχου πίεσης στον πυθμένα του τραύματος
- Δυνατότητα επιλογής συνεχόμενης, διαλείπουσας και μεταβαλλόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης
- Δυνατότητα ηχητικών και οπτικών συναγεργμών
- Ελαφριά αντλία με βάρος έως 750 γρ
- Διεπιφάνεια χρήση /αντλίας στα ελληνικά
- Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της αντλίας
- Ανεξαρτησία λειτουργίας της αντλίας από 12 έως 24 ώρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Φίλτρο στην αντλία για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία
- Να φέρει CE MARK