



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: 25^{ης} Μαΐου 152
Πληροφ. : Καϊκλίδου Στυλιανή
Τηλέφωνο: 25533-50329
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΧΕΤ: Η 39/2025 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καθετήρες.

Μετά από ερώτημα οικονομικού φορέα σας ενημερώνουμε ότι, στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με καθετήρες και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης : 297.737,24€ με ΦΠΑ 13% και 24% για δύο (2) έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον έτος, (198.491,49€ με φπα για τα δύο πρώτα έτη και 99.245,75€ με φπα για την ετήσια προαίρεση), προέκυψαν οι παρακάτω διευκρινήσεις:

Για τα είδη με :

A/A 124 – ΚΩΔ. ΝΟΣ. 8389 : ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ)N.24 ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΒΑΛΒΙΔΑ, ΟΔΗΓΟ, ΣΤΥΛΕΟ,ΜΗΚΟΥΣ 19ΧΙΛ (+1ΧΙΛ,-1ΧΙΛ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡ.- ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΦΤΕΡΑ.

A/A 125 – ΚΩΔ. ΝΟΣ. 8390: ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ)N.26 ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ, ΒΑΛΒΙΔΑ, ΟΔΗΓΟ, ΣΤΥΛΕΟ, ΜΗΚΟΥΣ 19 ΧΙΛ (+1ΧΙΛ,-1ΧΙΛ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ.- ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΦΤΕΡΑ.

Διευκρινίζεται ότι ,στα παραπάνω είδη φλεβοκαθετήρων έχει αναγραφεί εκ παραδρομής η λέξη: βαλβίδα. Δεν απαιτείται η βαλβίδα , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δοθεί από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αναγράφονται αναλυτικά στο κάθε είδος φλεβοκαθετήρων..

Ο κάθε Οικονομικός Φορέας που διαθέτει τα ανάλογα είδη καθετήρων μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, εφόσον πιστοποιεί ότι πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν δοθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή, μετά την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση καθώς και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μπορεί να αποφανθεί για το ποιοι οικονομικοί φορείς είναι κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι ή αντίθετα μη κατάλληλοι.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ