



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: 25^{ης} Μαΐου 152
Πληροφ. : Καϊκλίδου Στυλιανή
Τηλέφωνο: 25533-50329
E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΧΕΤ: Η 4/2026 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με σύριγγες- ιατρικές βελόνες.

Μετά από ερωτήματα οικονομικών φορέων σας ενημερώνουμε ότι, στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με σύριγγες – ιατρικές βελόνες και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης : 171.140,59€ με ΦΠΑ 13% και 24% για δύο (2) έτη και με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον έτος, προέκυψαν οι παρακάτω διευκρινίσεις:

Για τα είδη με :

1)Α/Α 20– ΚΩΔ. ΝΟΣ. 8541: ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΝΩΝ (ΣΤΥΛΩΝ) ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 30 -31G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5ΜΜ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,3ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ, στον πίνακα με τις ιατρικές βελόνες : ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΪΔΟΥΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ Έχει αναγραφεί μέγιστο μήκος βελόνης 8ΜΜ, ενώ το κανονικό μέγιστο μήκος της βελόνης θα πρέπει να είναι 5ΜΜ.

2) Α/Α 20– ΚΩΔ. ΝΟΣ. 8541 και Α/Α 21- ΚΩΔ. ΝΟΣ. 8542 : ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΝΩΝ (ΣΤΥΛΩΝ) ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 30 -31G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5ΜΜ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,3ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ και αντίστοιχα : ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΝΩΝ (ΣΤΥΛΩΝ) ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 30 -31G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 6ΜΜ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,3ΜΜ ΓΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ , στον πίνακα με τις ιατρικές βελόνες : οι απαιτούμενες συσκευασίες πρέπει να περιέχουν : 50 τεμάχια βελόνες πεννών /συσκευασία.

3) A/A 20– ΚΩΔ. ΝΟΣ. 8541 και A/A 21- ΚΩΔ. ΝΟΣ. 8542 : **ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΝΩΝ (ΣΤΥΛΩΝ) ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 30 -31G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5ΜΜ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,3ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ και αντίστοιχα : ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΝΩΝ (ΣΤΥΛΩΝ) ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 30 -31G ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 6ΜΜ, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,3ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΑ** , στον πίνακα με τις ιατρικές βελόνες :

Για την πιστοποίηση των παραπάνω ειδών θα ισχύσει ότι ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και στις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών .

4) A/A/ 28 ΚΩΔ. ΝΟΣ. **8558 (ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 25G*3/4" ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) και A/A 29 ΚΩΔ. ΝΟΣ. 8559 (ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 27G*1/2" ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)** : Η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι σωστά διατυπωμένες, σύμφωνα με τα ζητούμενα των τμημάτων του νοσοκομείου μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ