



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Πληρ.: Καϊκλίδου Στυλιανή
Ταχ.Δ/ση: 25^{ης} Μαΐου 152, 68300
Τηλ.: 25533-50329
e-mail: Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάντια ιατρικά (CPV 18424300-0), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 28.292,50€ πλέον φπα, ήτοι 29.990,05€ με φπα 6% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	Προμήθεια με ιατρικά γάντια , για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας.
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	Την Θ.10 ^ο /Δ.Σ.25 ^ο /26-08-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια με γάντια ιατρικά (CPV 18424300-0) , για ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 28.292,50€ πλέον φπα, ήτοι 29.990,05€ με φπα 6% και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25 ^{ης} Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, στο Γραφείο Προμηθειών, πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» .
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Η προσφορά θα πρέπει: (α) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 41/2026 έρευνα αγοράς για την προμήθεια με ιατρικά γάντια» για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και να <u>παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών</u> του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. (β) Η προσφορά να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.

	(γ) <u>Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας στο οποίο περιγράφονται ακριβώς οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές.</u> (δ) Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: • την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. • την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ως εξής: ✓ Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. ✓ Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. ✓ Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται δεκαριθμητικώς και ολογράφως. ✓ Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.. ✓ <u>Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.</u> ✓ <u>Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς εφόσον αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.</u> ✓ <u>(ε) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</u> Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος. ♦ Υποβολή προσφορών: έως Δευτέρα , 21-09-2026 ώρα 14:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. ♦ Χρόνος Διενέργειας: Τρίτη , 22-09-2026 ώρα 10:00 π.μ. <u>Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα</u>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Είκοσι εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και πέντε λεπτά (29.990,05€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	CPV: 18424300-0
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Δώδεκα (12) μήνες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη.</u>
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα έτος (12 ΜΗΝΕΣ).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:

- **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.**

Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:

- (1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές
- (2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- (3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- **Ασφαλιστική Ενημερότητα**

- **Φορολογική Ενημερότητα.**

- **Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:**

✓ Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:

α) ισχύον καταστατικό αυτής,

β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και

γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Για Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

- **Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, υπογεγραμμένη με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι:**

1. αποδέχστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχετε λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
3. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

	4. δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017. 5. συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. 6. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. <u>Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/οντότητας στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.</u> <u>Με την τεχνική προσφορά,</u> επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται σύμφωνα με το συνημμένο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική προσφορά, να αναφέρουν για κάθε είδος, εκτός από τεχνική περιγραφή του είδους και τα παρακάτω: <u>Α. α/α τον κωδικό είδους του Νοσοκομείου</u> <u>Β. τον κωδικό είδους της εταιρείας</u> <u>Γ. Την τεχνική περιγραφή του είδους</u> <u>Δ. την εμπορική ονομασία –μάρκα- κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους</u> <u>Ε. τη συσκευασία</u> <u>Ζ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ</u> «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 1. <u>Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαραίτους όρους της πρόσκλησης και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.</u> 2. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Να κατατεθούν δείγματα , τουλάχιστον : α) 1 κουτί γάντια ιατρικά από το κάθε είδος : <u>μεγέθους large</u> β) από 10 -12 ζεύγη αποστειρωμένων γαντιών: από το κάθε είδος ιατρικών χειρουργικών και ορθοπεδικών γαντιών : νούμερο : 7,5 ή 8.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου:

- (α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
 (β) Τιμολόγιο πώλησης.
 (γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	0,10%	
2	ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2%	
3	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4%	

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση, έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας του είδους..

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση των συμβάσεων πριν από τη λήξη τους, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση των προμηθευτών, χωρίς αποζημίωσή έναντι αυτών, εφόσον για όλα τα είδη ή για μερικά από αυτά του διαγωνισμού, ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία που διενεργεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ.: << ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ>>.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη:

1. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.et.diavgeia.gov.gr
2. Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr
3. Στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου www.did-hosp.gr

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	EMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	M/M	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 6%
1	T 010201	8224	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ Α- ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ SMALL	Γάντια εξεταστικά, με πουδρά, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, από φυσικό latex , με περικάρπια ταινία, μεγέθη small-medium-large-extra large •Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large• Με περικάρπια ταινία•Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη•Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες• Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια•Να φέρουν την πιστοποίηση CE .•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας latex μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ	TEM .	30.000	0,02300	6 %	690,00	731,40
2	T 010201	8225	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ Α- ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM	Γάντια εξεταστικά, με πουδρά, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, από φυσικό latex , με περικάρπια ταινία, μεγέθη small-medium-large-extra large •Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large• Με περικάρπια ταινία•Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη•Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες• Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια•Να φέρουν την πιστοποίηση CE .•Να πληρούνται	TEM .	90.000	0,02300	6 %	2.070,00	2.194,20

				οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας latex μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ						
3	Τ 010201	8226	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α- ΔΙΑΔΙΚΑΣΤ ΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ LARGE	Γάντια εξεταστικά, με πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, από φυσικό latex , με περικάρπια ταινία, μεγέθη small-medium-large-extra large •Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large• Με περικάρπια ταινία•Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη•Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες• Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια•Να φέρουν την πιστοποίηση CE .•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας latex μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ	TEM .	50.000	0,02300	6 %	1.150, 00	1.219, 00
4	Τ 0102020 1	25936	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α- ΔΙΑΔΙΚΑΣΤ ΙΚΑ ΑΠΟ (ΒΙΝΥΛΙΟ) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ MEDIUM	Γάντια εξεταστικά αντιαλλεργικά από βινύλιο χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, , με μακριά μανσέτα, χωρίς latex, σε μεγέθη small-medium-large-extra large• Με περικάρπια ταινία•Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη•Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες• Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια•Να φέρουν την πιστοποίηση CE .•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας χωρίς latex μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ	TEM .	15.000	0,01500	6 %	225,00	238,50

5	Τ 0102020 1	25937	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α- ΔΙΑΔΙΚΑΣΤ ΙΚΑ ΑΠΟ (ΒΙΝΥΛΙΟ) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ LARGE	Γάντια εξεταστικά αντιαλλεργικά από βινύλιο χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, με μακριά μανσέτα, χωρίς latex, σε μεγέθη small-medium-large-extra large. Με περικάρπια ταινία. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Να φέρουν την πιστοποίηση CE. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας χωρίς latex μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ	TEM .	8.000	0,01500	6 %	120,00	127,20
6	Τ 0102020 1	25938	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α- ΔΙΑΔΙΚΑΣΤ ΙΚΑ ΑΠΟ (ΒΙΝΥΛΙΟ) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ EXTRA LARGE	Γάντια εξεταστικά αντιαλλεργικά από βινύλιο χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, με μακριά μανσέτα, χωρίς latex, σε μεγέθη small-medium-large-extra large. Με περικάρπια ταινία. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Να φέρουν την πιστοποίηση CE. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας χωρίς latex μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ	TEM .	3.000	0,01500	6 %	45,00	47,70

7	Τ 010202 04	27342	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α- ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ ΑΜΦΙΔΕΞΙ Α SMALL	Γάντια εξεταστικά από νιτρίλιο, χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, , με μακριά μανσέτα, χωρίς latex, σε μεγέθη small-medium-large- extra large • Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη • Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες • Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια • Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό • Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ.	TEM ·	60.000	0,01900	6 %	1.140, 00	1.208, 40
8		27343	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α- ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ ΑΜΦΙΔΕΞΙ Α MEDIUM	Γάντια εξεταστικά από νιτρίλιο, χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, , με μακριά μανσέτα, χωρίς latex, σε μεγέθη small-medium-large- extra large • Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη • Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες • Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια • Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό • Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ.	TEM ·	250.000	0,01900	6 %	4.750, 00	5.035, 00

9	T 010202 04	27344	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α- ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ ΑΜΦΙΔΕΞΙ Α LARGE	Γάντια εξεταστικά από νιτρίλιο, χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, , με μακριά μανσέτα, χωρίς latex, σε μεγέθη small-medium-large-extra large • Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη • Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες • Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια • Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό • Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ.	TEM ·	200.000	0,01900	6 %	3.800, 00	4.028, 00
1 0	T 010202 04	28286	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α- ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ ΑΜΦΙΔΕΞΙ Α EXTRA LARGE	Γάντια εξεταστικά από νιτρίλιο, χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, , με μακριά μανσέτα, χωρίς latex, σε μεγέθη small-medium-large-extra large • Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη • Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες • Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια • Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό • Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους γάντια, εξέτασης/Νοσηλείας μη αποστειρωμένα του ΕΚΑΠΤΥ.	TEM ·	80.000	0,01900	6 %	1.520, 00	1.611, 20
1 1	T 010202 02	8230	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥ ΛΕΝΙΟ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΤ ΙΚΑ,ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙ ΑΣ, ΜΗ	Γάντια μιας χρήσης από πολυαιθυλένιο, από μαλακή, λεπτή μεμβράνη πολυαιθυλενίου, με σταθερά και λεία άκρα. Μπορούν να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί και στο αριστερό χέρι. Τα γάντια να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, η χρήση τους να είναι ασφαλής και αποτελεσματική υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.	TEM ·	5.000	0,00200	6 %	10,00	10,60

			ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE M.X.							
1 2	T 010101 01	31265	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ N. 6.0 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	300	0,17000	6 %	51,00	54,06
1 3	T 010101 01	8234	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ N. 6.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	10.000	0,17000	6 %	1.700, 00	1.802, 00

1 4	T 010101 01	8235	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	9.000	0,17000	6 %	1.530, 00	1.621, 80
1 5	T 010101 01	8236	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	9.000	0,17000	6 %	1.530, 00	1.621, 80
1 6	T 010101 01	8237	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 8 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά	ΖΕΥ ΓΟΣ	8.000	0,17000	6 %	1.360, 00	1.441, 60

			ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ)	ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ						
1 7	Τ 010101 01	8238	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 8.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕ ΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, με πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	2.500	0,17000	6 %	425,00	450,50
1 8	Τ01010 102	27252	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 6,0 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓ ΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού• Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή• Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	300	0,22000	6 %	66,00	69,96
1 9	Τ01010 102	8239	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 6,5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια	ΖΕΥ ΓΟΣ	2.000	0,2200	6 %	440,00	466,40

			ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού• Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή• Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ						
20	T01010102	8240	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πουδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού• Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή• Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΟΣ	2.000	0,22000	6 %	440,00	466,40
21	T01010102	8241	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν. 7,5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πουδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού• Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή• Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥΓΟΣ	2.500	0,2200	6 %	550,00	583,00

2 2	T01010 102	8242	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 8 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓ ΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πουδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.● Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι● Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής●Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού● Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη● Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%●Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή● Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	2.000	0,2200	6 %	440,00	466,40
2 3	T01010 102	8243	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 8,5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓ ΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙ Α ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ)	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πουδρα, από φυσικό λάτεξ, μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 29 εκ.● Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι● Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής●Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού● Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη● Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%●Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή● Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	1.200	0,2200	6 %	264,00	279,84

2 4	T01010 201	30193	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 6.0 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕ ΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latexμεγέθη 6 έως 8 1/2 •Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξι γάντι•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφή•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥ ΓΟΣ	200	0,7100	6 %	142,00	150,52
2 5	T01010 201	25939	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 6.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕ ΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latexμεγέθη 6 έως 8 1/2 •Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξι γάντι•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφή•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥ ΓΟΣ	1.200	0,7100	6 %	852,00	903,12

2 6	T01010 201	25940	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 7 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕ ΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latexμεγέθη 6 εως 8 1/2 •Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξι γάντι•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφή•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥ ΓΟΣ	1.000	0,7100	6 %	710,00	752,60
2 7	T01010 201	25941	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 7.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕ ΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latexμεγέθη 6 εως 8 1/2 •Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξι γάντι•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφή•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥ ΓΟΣ	500	0,7100	6 %	355,00	376,30

2 8	T01010 201	25942	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 8 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕ ΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latexμεγέθη 6 εως 8 1/2 •Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξι γάντι•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφή•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥ ΓΟΣ	500	0,7100	6 %	355,00	376,30
2 9	T01010 201	25943	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 8.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΝΤΙΑΛΛΕ ΡΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΕΠΕΜΒΑΣΕ ΙΣ	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα υποαλλεργικά •Να είναι από 100% πολυχλωροπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latexμεγέθη 6 εως 8 1/2 •Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 290 mm•Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξι γάντι•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό•Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας)•Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφή•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%	ΖΕΥ ΓΟΣ	500	0,7100	6 %	355,00	376,30

3 0	T01010 102	8248	ΟΡΘΟΠΕΔ ΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 8.5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣ ΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕ Σ ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΕΙΣ WET DONNING	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ ,μη ολισθηρή επιφάνεια(wet donning) μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	250	0,6900	6 %	172,50	182,85
31	T01010 102	8247	ΟΡΘΟΠΕΔ ΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 8.0 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣ ΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕ Σ ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΕΙΣ WET DONNING	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ ,μη ολισθηρή επιφάνεια(wet donning) μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	250	0,6900	6 %	172,50	182,85

32	T01010 102	8246	ΟΡΘΟΠΕΔ ΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 7, 5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣ ΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕ Σ ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΕΙΣ WET DONNING	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ ,μη ολισθηρή επιφάνεια(wet donning) μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	250	0,6900	6 %	172,50	182,85
33	T01010 102	8245	ΟΡΘΟΠΕΔ ΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 7,0 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣ ΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕ Σ ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΕΙΣ WET DONNING	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πούδρα, από φυσικό λάτεξ ,μη ολισθηρή επιφάνεια(wet donning) μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm• Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι• Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής•Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας•Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη•Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού•Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη•Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%•Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή•Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	500	0,6900	6 %	345,00	365,70

34	T01010 102	8244	ΟΡΘΟΠΕΔ ΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ ΩΜΕΝΑ Ν. 6,5 ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣ ΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕ Σ ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΕΙΣ WET DONNING	Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα, ανατομικού σχήματος, χωρίς πουδρα, από φυσικό λάτεξ ,μη ολισθηρή επιφάνεια(wet donning) μεγέθη 6 έως 8 1/2 με περικάρπιο, ελαστική ταινία, με ελάχιστο ολικό μήκος 290mm● Να είναι συσκευασμένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι● Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής●Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας●Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη●Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού●Διάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη●Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%●Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή●Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους χειρουργικά γάντια, latex του ΕΚΑΠΤΥ	ΖΕΥ ΓΟΣ	500	0,6900	6 %	345,00	365,70
				ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ		845.450			28.292, 50	29.990, 05

